2Shape mini / 2Shape mini Procedure Pack / 2Shape mini assorted NiTi Root Canal Instruments

Protocol 2Shape mini

One Flare | One G | TS1 mini | TS2 mini

Finishing: F35 mini | F40 mini

OR



	Ø	%	L	Stop	Ring	RPM	Recommended torque (N.cm)
One Flare	25	9	17			250 - 400	3
One G	14	3	21 - 25 - 29				
2Shape TS1 mini	25	4	21 - 25 - 31			250 - 400	1.2
2Shape TS2 mini	25	6					TS1 : 2 TS2 : 2.5
2Shape F35 mini	35	6					F35 : 2.5 F40 : 2
2Shape F40 mini	40	4					

Continuous rotation

Size of CE marking: 277

Instruction for use EN

One Flare: Racing-done non-surgical endodontic treatment.

2Shape mini: shaping of root canal during non-surgical endodontic treatment.

One G, 4 files: glide path of root canals during non-surgical endodontic treatment.

Sticks for a dental professional only.

2. Contraindications

Apart from children under 2 years of age (ethylene oxide used in the sterilization process), there is no contraindication to using 2Shape files to be endodontically treating a tooth for orthograde route.

3. Complications

In cases of complex anatomy, per-operative risks (instrumental breakage, ledge, stripping, zipping, false path, perforation...) could occur and induce a risk of infectious processes.

4. Warning and precautions

- Use in a continuous rotation at the recommended speed. In cases of complex anatomy, the instrument lumigan can be different from the value recommended by the manufacturer! Use a torque lower than the value recommended (TS1).
- Do not use in retrograde.
- Use in continuous rotation at the recommended speed. In cases of complex anatomy, the instrument lumigan can be different from the value recommended by the manufacturer! Use a torque lower than the value recommended (TS1).
- Do not use in retrograde.
- Instruments supplied non-sterile.Receiving instruments non-sterile.Follow the reprocessing instructions before use.
- Instruments supplied sterile: Check the integrity of the packaging before use. If damaged, do not use the instrument.
- If applicable, respect the expiry date.
- Use the 2Shape information which is only on the labelling and the last case.
- Year of manufacture: see labelling.
- Store in a dry, clean and hygienic place of storage conditions.
- Single use instrument. Do not reuse, reprocess or resterilize. Otherwise the risk is a decrease of performances and security characteristics (fracture of the instrument in the tooth).
- In case of doubt concerning the product identification, do not use.
- Check the instrument state before the use between each canal: if the instrument is damaged or shows signs of wear, discard it and use a new one.
- Inform the manufacturer and the country regulatory authority of any serious incident related to the instrument.

Packaging symbol	Sterile using ethylene oxide. Do not re-sterilize.

Operating procedure :

Progressive movement in three waves (1 up and down movement/wave) with instrument fully conformed Ring movement. Insert the rotating instrument into the root canal until a

resistance can be felt. Perform a circumferential brushing movement against the canal walls. Remove the instrument from the primary coronal access. Remove the file from the handpiece, clean the grooves and irrigate the root canal. Then continue the endodontic treatment. Between 2 to 3mm, on average, 3 to 5 passages are required before reaching the apex.

5. Reprocessing instructions

- For all metal devices, it is recommended to use ultrasonic disinfecting and cleaning agents.
- For your own safety, please wear personal protective equipment (gloves, glasses, mask, clothing).
- Do not use cleaning or disinfecting agents containing phenol, aldehyde and alkaline composition.
- Always respect the instructions for use provided by the manufacturer of the products.

- Due to the product design and the materials used, no definite limit to the reprocessing number of performable processing cycles can be specified. Instruments that have the medical device is determined by their function and careful handling. Multiple use of instruments is only possible if they are in perfect technical condition and without damage.
- The user must ensure that the processing method used is effective. This is achieved by the use of validated processes and regular monitoring of the process requirements.
- The state of the art and national laws require that validated procedures be followed.

- Gloves, mask, shoes as recommended by the manufacturer of cleaner and detergent
- Ultrasonic cleaning bath
- Disinfectant (example: Bio Sonic)
- Detergent (example:* MediZyme)
- Cleaner
- Container
- Cleaning tulle or washer-disinfector
- Distilled water (example: aquastil)

Remark: All material used should be cleaned and replaced regularly. Observe the instructions for each step of the process (initial treatment, cleaning or rinsing).

Initial treatment

- Put the used products in a container or a wipe with tap water at 20-40 °C and 1,0 % neodisher® Septo Active for 5 to 10 min.
- Rinse the products with tap water at 20-40 °C for 1 min.

Remark: Do not use flushing agents or hot water (> 40 °C), in this cases fixation of residues and can lead to a more difficult cleaning.

- Follow instructions of validated detergent concentration and immersion times given by the detergent manufacturer. Concentration may cause corrosion or other defects on devices.

Preparation before cleaning

If the devices have visible impurities, it is recommended to pre-clean them in an ultrasonic brushing under tap water at 20-40°C at least 5 min. Use a soft brush, which results in the damage to the surface of impurities.

Remark: Follow instructions and respect recommendations given by the detergent supply by the manufacturer (an excessive concentration may cause corrosion or other defects on devices).

Visual inspection

Inspect the used products and discard the damaged products (broken, unwanted or abnormally bent).

Cleaning

Insert the products in the ultrasound apparatus basket.

Run ultrasound apparatus for 10-30min with tap water at 20-40°C and 1,0 % neodisher® Septo Active.

Remark: Follow instructions, observe water quality, concentrations and cleaning time stated by the manufacturer of the cleaning solution.

Rinsing

Rinse the products with tap water at 20-40°C for 1 min.

Remark: It is recommended to use demineral water.

Drying

Dry the products with compressed air until products are visibly dried.

Sterilization

Sterilize the products with steam vapor

- Apparatus class B
- Minimum temperature: 132 °C
- Minimum time: 3min
- Absolute pressure: 2,2 bar
- Vacuum pressure: 200 mbar

Control the physics chemical indicators and cycle parameters.

Remark:

- *The settings temperature at 134 °C and duration of 18 min are recommended for prion inactivation according to French regulations.*
- *Do not exceed 137 °C to avoid any risk of autoclave corrosion and to ensure that the minimum lifespan of the instrument is not reduced.*
- *Follow instructions of validated sterilizer according to the recommendation given by the sterilizer manufacturer.*
- *Use a sterilizer with fractionated vacuum steam sterilization cycle (pre-vacuum) and EN 285 full cycle (air-removal), with unsaturated steam.*

Storage

Store the products in a dry, clean and dust-free storage room at room temperature in original packaging (example: blister, sterilization pouch) or manufacturer.

Remark: Check the packaging and the medical devices before using them (packaging integrity, no damage, no corrosion, no dirt, no moisture).

6. Storage and transport conditions

Store sterile instruments in their original packaging, protected from sunlight and heat, in a clean and dry place.

There are no special storage and transport conditions for 2Shape mini.

7. Disposal

Used instruments must be placed in a secure container, taken away and disposed of in accordance with the applicable disposals bioinsecurs as per good dexterity practices.

NiTi - raw material	Rest-time preparation
Stainless steel - raw material	Assortment
"CLASSIC" handle	Recycling
Medical device	Do not use if packaging is damaged
	Do not re-sterilize

8. Characteristics

- Diameter 10 (nylon violet).
- Conicity: 2% (middle-round).
- Cutting edges angle : Acier inoxydable
- Longueurs : 21 - 25 - 29 mm

Instruments supplied in 2 de la norme EN ISO 3630-1 : 2019 : Couple recommandé maximum (non obligatoire) : voir tableau « Recommended Torque ».

TS2 mini et F35 mini ont un diamètre de 1 plus petit que le TS2 mini et F35 mini, ce qui donne une meilleure flexibilité à la partie travaillante.

Matériaux de la partie coupante : Nickel-Titane.
Utilisation en connexion avec un contre-angle endodontique avec un rapport de réduction de 1:1 à 5:1.
Recommandation : 5 canaux maximum par instrument.
Classe médicale selon la directive 93/42/CEE et le MDR(2017/745)

9. Annapuncements a medicines de transport

Guardar os instrumentos estériles na respetiva embalagem original, ao abrigo da luz solar e do calor e num local seco.

Os dispositivos não-estéreis não exigem condições especiais de armazenamento e transporte.

10. Eliminação

Depois de utilizados, os instrumentos têm de ser colocados num recipiente seguro, usado para recolher instrumentos cortantes usados, e eliminados de acordo com as boas práticas de eliminação de resíduos bioinfecciosos.

11. Símbolos

NiTi	Material de aço inoxidável	Preparação do canal radicular	
"CLASSIC"	Peça "CLASSIC"	Não usar se a embalagem estiver danificada	Suroska
MD	Dispositivo médico	Quantidade	
	Rotação contínua		

Ano de marcação CE: 2017

Instrucoes de utilizacao PT

1. Indicação

Preparação para o tempo tratamentoalo endodontic mechanological.

2Shape mini: modelarea canalului radicular in timpul tratamentului endodontic neinvaziv.

One G, 4 files: calea de abaraxare a canalelor radicular in timpul tratamentului endodontic neinvaziv.

A se utiliza numai de profesionisti din domeniul stomatologiei.

2. Contraindicații

Cu excepția copiilor cu vârsta sub 2 ani (astfel de eliberat utilizat în procesul de sterilizare), nu există nici o contraindicație pentru utilizarea 2Shape mini pentru tratarea endodontică a unui dinte pentru realizarea unei căi ortograde.

3. Complicații

În cazurile cu anatomie complexă, riscurile peroperatorii (operare instrumentală, deviere, ancorare, lateralizare, falsă cale, perforație...) pot apărea și pot induce un risc de proces infecțios.

4. Atenționări și precauții

- Utilizați în rotație continuă la viteza recomandată. În cazul în care anatomia este complexă, cuplul maxim de rotație poate fi diferit de valoarea recomandată de producător! Utilizați cu o viteză mai mică decât cea recomandată (TS1).
- Nu utilizați în tratamente repetate.
- Instrumente livrate nesterile.Recepționați instrumentele nesterile.urmați instrucțiunile de reprocesare înainte de utilizare.
- Instrumente livrate sterile: verificați integritatea ambalajului înainte de utilizare. Dacă acesta este deteriorat, nu utilizați instrumentul.
- Dacă este cazul, respectați data de expirare.
- Păstrați pașii de utilizare utilizare numărul unic de identificare a instrumentului și a cutiei de metal pe parcursul.
- Nu utilizați în caz de îndoială.
- În cazul dubiilor referitoare la identificarea produselor, nu-l utilizați.
- Verificați starea instrumentului înainte de a-l utilizați la și canal la altul. Dacă instrumentul este deteriorat sau dacă prezintă semne de uzură, nu utilizați instrumentul.
- Informați producătorul și autoritățile naționale în domeniul sănătății în cazul oricărui incident grav legat de instrument.

Simbol ambalaj	Sterilizat cu oxid de etilenă. A nu se reutiliza.
Simbol ambalaj	A nu se reutiliza
Simbol ambalaj	Nu folosiți dacă ambalajul este deteriorat

5. Instrucțiuni de reprocesare

- Pentru toate dispozitivele metalice, se recomandă utilizarea agenților de curățare și dezinfectare cu ultrasunete.
- Pentru propria dumneavoastră siguranță, purtați echipament individual de protecție (mănuși, ochelari de protecție, mască, îmbrăcăminte).
- Nu utilizați agenți de curățare sau de dezinfectare care au în compoziție fenol, aldehidă și substanțe alcaline.
- Respectați întotdeauna instrucțiunile de utilizare furnizate de fabricantul produselor.

- Din cauza designului produselor și din cauza materialelor utilizate, nu se poate specifica o limită definitivă a numărului maxim de cicluri de sterilizare care pot fi efectuate. Durata de viață a dispozitivelor medicale depinde de funcția acestora și de modul în care sunt manipulate și întreținute. Utilizarea multiplă a unuiași de dezinfectare și de reintroducere poate fi efectuată numai în cazul în care instrumentul este în perfectă stare tehnică și fără deteriorări.
- Utilizatorul trebuie să se asigure că metoda de reprocesare folosită este eficientă. Acest lucru se realizează prin utilizarea unor procese validate și prin monitorizarea regulată a cerințelor procesului.
- Conform stadiului actual și legislației naționale trebuie să se respecte procedurile validate.

- Mănuși, mâini, bluză, aac cum este recomandat de producătorul agentului de curățare și al dezinfectantului
- Apă de la robinet sau demineralizată
- Dezinfectant (exemplu* Septo Active)
- Agent de curățare (exemplu* Bio Sonic)
- Pentru inox și inox)
- Recipient
- Material textil absorbant sau de spălare-dezinfectare
- Aparat de sterilizare clasa B

Notă: Toate materialele utilizate trebuie curățate și înlocuite la nevoie. Respectați întotdeauna instrucțiunile pentru fiecare pas al procesului (tratament inițial, curățare sau clătire).

Tratament inițial

- Puneți vasul în 1 și 10 min. produsele utilizate într-un recipient sau într-un servetel care conține un amestec de apă de la robinet la 20-40 °C și 1,0 % neodisher® Septo Active timp de 5 până la 10 min.
- Clătiți produsele cu apă de la robinet la 20-40 °C timp de 1 min.

Notă: Nu utilizați agenți de fixare sau apă fierbinte (> 40 °C), în aceste cazuri se fixează reziduurile și acestea pot conduce la o curățare mai dificilă.

- Respectați instrucțiunile și recomandările privind concentrația și timpul de acțiune furnizate de producătorul soluției de curățare. Concentrația poate provoca coroziune sau alte defecte ale dispozitivelor.

Curățarea înainte de curățare

Dacă dispozitivele prezintă impurități vizibile, se recomandă curățarea acestora în ultrasunete sub jet apă de la robinet la 20-40 °C timp de cel puțin 5 minute. Utilizați o perie moale, care nu deteriorează suprafețele impurificate.

Observație: urmați instrucțiunile și respectați recomandările privind alimentarea cu apă a agentului de curățare și concentrația acestuia (concentrația excesivă poate cauza coroziune sau alte defecte la unele dispozitive).

Inspecția visuală

Inspectați produsele utilizate și eliminați produsele deteriorate (fracturate, rebocate, cu tendințe în mod anormal).

Curățare

Uscați produsele cu aer comprimat până când sunt vizibil uscate.

Uscarea

Uscați produsele cu aer comprimat până când sunt vizibil uscate.

Sterilizare

Sterilizați produsele cu abur

- Aparat: clasa B
- Temperatura de minimă: 132 °C
- Timp: minim. 3 min
- Presiune absolută: 2,2 bar
- Vacuum minimă: 200 mbar

Controlați indicatorii fizico-chimici și parametrii de ciclu.

Observații:

- *Setați la temperatura de 134 °C și durata de 18 min sunt recomandate pentru inactivarea prionilor în conformitate cu reglementările franceze.*
- *Când se sterilizează mai multe instrumente în același timp, nu depășiți 137 °C pentru a nu se deteriora în timp autoclavul și pentru a nu reduce durata de viață a instrumentului.*
- *Respectați instrucțiunile de sterilizatorul cu abur, în conformitate cu recomandările producătorului sterilizatorului.*
- *Utilizați numai sterilizatoare cu abur în previd cu fracționări (vid pre-vid), cu ciclu complet (vid de aer) conform EN 285 și cu abur nesaturat.*

Depozitarea

Depozitați produsele într-un mediu uscat, curățenie și fără praf, la temperatura camerei în ambalajul original (exemplu de fabrică plastic pentru sterilizare) sau în dulap.

Observație: verificați ambalajul și dispozitivele medicale înainte de utilizare (integritatea ambalajului, absența coroziunii, absența murdăriei, a murdăriei, a umezelii, a deteriorărilor).

6. Condiții de depozitare și de transport

Depozitați instrumentele sterile în ambalajul lor original, protejat de lumină solară și de căldură, într-un loc curat și uscat.

Nu există condiții speciale de depozitare și transport pentru 2Shape mini.

7. Eliminarea

După utilizare, instrumentele trebuie aruncate într-un recipient securizat, utilizat pentru colectarea instrumentelor tăioase folosite, îndepărtate și eliminate în conformitate cu bunele practici de eliminare a deșeurilor stomatologice.

8. Caracteristici

- Diametru 10 (violet nylon).
- Conicitate : 2% (mediu-rotund)
- Unghiul tăișului : Acier inoxidabile
- Lungimi : 21 - 25 - 29 mm

Instrumente furnizate în 2 de la norma EN ISO 3630-1 : 2019 : Cuplu de recomandare maxim (nu obligatoriu) : vezi tabelul « Recommended Torque ».

TS2 mini și F35 mini au un diametru de 1 mai mare decât TS2 mini și F35 mini, ceea ce determină o mai mare flexibilitate a părții de lucru.

Materialul părții funcționale: nitinol.

Utilizați în combinație cu o piesă contrunghiu endodontică în raport de reducere de la 1:1 la 5:1.

Număr de utilizări se recomandă maximum 5 canale.

Clasă de dispozitive medicale în conformitate cu Directiva 93/42 sau MDR 2017/745

9. Protocol

Protocol.

Procedura operativă :

Mișcare progresivă în trei unde (3 mișcări în sus și în jos), cu instrumentul în întregime în lucru.

Introduceți instrumentul rotativ în canalul radicular, până când se simte o rezistență. Efectuați o mișcare circulară de curățare pe pereții canalului. Îndepărtați instrumentul de la deschiderea coronară principală. Scoateți acul din mânerul radicular, curățați pereții și irigați canalul radicular. Apoi continuați tratamentul endodontic. Între 2 și 3 mm, sunt necesare 3 sau 5 treceri până la atingerea apexului.

5. Instrucțiuni privind reprocesarea

- Pentru toate dispozitivele metalice, se recomandă utilizarea agenților de curățare și dezinfectare cu ultrasunete.
- Pentru siguranța dumneavoastră, purtați echipament individual de protecție (mănuși, ochelari de protecție, mască, îmbrăcăminte).
- Nu utilizați agenți de curățare sau de dezinfectare care au în compoziție fenol, aldehidă și substanțe alcaline.
- Respectați întotdeauna instrucțiunile de utilizare furnizate de fabricantul produselor.

- Din cauza designului produselor și din cauza materialelor utilizate, nu se poate specifica o limită definitivă a numărului maxim de cicluri de reproces

2Shape mini / 2Shape mini procedure pack / 2Shape mini assorted NiTi Root Canal Instruments

Beschreibung, Zusammensetzung

- Hanaler, mundsteel, blaue som anbefalt av producenten av rengjøringsmiddelet
- Dentalt rustfritt stål, blå farge
- Dentalt rustfritt stål (medisinsk™ Septo Active)
- Rengjøringsmiddel (medisinsk™ MediZym)
- Skål, maske barsker
- Beholder
- Sterilisasjon eller rengjøring- og desinfeksjonsmaskinen
- Sterilisasjonspapir klasse B

Beskrivelse: Alt materiell skal rengjøres og sluttes at med jevne mellomrom. Identifiser materiell som brukes av flere pasienter. Bruk av kirurgisk håndtering, vaginering eller utfylling.

Bruksområde, indikasjoner

Ferrix behandling
Plasser brukte produkter i en beholder eller kar, dem mne med vann for spreng av 60–90 °C og 5,9 % neodisher® Septo Active i 5–10 15 min.

Skyll produktene med kaldtvann over 20–40 °C i 1 min.

Hvis det er vanskelig form til neste trinn, må det sørges for at strukturer holdes fuktig ved å legge dem i vann eller bruke en våt klut over en overflate i 1 time.

Bemerkninger:
- *Bruk av bakterielle eller varmt vann (>40 °C) da dette fører til at rester fester seg og kan forårsake flekker.*
- *Følg instruksjonene og anbefalingene for angrepter om konsentrasjon og bløtlig- gjøringstid. Bruk av konsentrasjon kan føre til korrosjon eller andre defekter på utstyret.*

Forberedelse før vaskeprosess
Hvis utstyret har synlige urenheter, anbefales det å skylle med kaldtvann i 2 minutter og å bruke det under kranvann ved 20–40 °C i minst 1 min for å fjerne grove urenheter.

Bemerkning: Følg instruksjonene og overhold produsentens anbefalinger for konsentrasjon og tilsettingstidspunkt for å unngå korrosjonsskader og feil på instrumenter. Ikke la vannkilden overfylles i 1 time.

Visuell kontroll
Kontroller de rene produktene og se kasser skadde produkter (korrose, forvridde eller misfargede instrumenter).

Rengjøring
Legg produktene i beholderen for rengjøring med ultralyd.

Rør om tilsetningsmiddel i 10–30 min med kraanen og 0,1–2,5 % neodisher® MediZym.

Bemerkninger: Følg instruksjonene, anvendelsestid, konsentrasjoner og rengjøringsmiddel. Instrumenter av rengjøringsmidlet kan føre til uønsket korrosjon.

Skylling
Skyll produktene med kraanvann ved 20–40 °C i 1 min.

Bemerkning: Det anbefales å bruke avsatsvann.

Tørking
Tørk produktene med hydrofilt tilt produktene er synlig tørre.

Rengjøring skylling/tørking
Legg instrumentene på brettet på glideskinnen til rengjøringsvogn og desinfeksjonsmaskinen. Utfør en rengjøringssyklus med 0,2–1,0 % neodisher® MediClean.

Utfør tørking.

Bemerkninger:
- *Det kreves ikke desinfeksjon (kreves) eller kjø- mid-termisk), etterkommen dentalinnens eller rengjøring.*
- *Følg instruksjonene og konsentrasjonene for rengjøringsmiddel og anbefalinger for valgt- ket. Bruk av konsentrasjon kan føre til korrosjon eller andre defekter på utstyret.*
- *Unngå overfylling av rengjøringsmiddel. Overhold de øvrige trinnene den vannkilde ikke overfylles i 1 time.*
- *Bruk kun godkjente rengjørings- og desinfek- sjonsautomater som sannsynet med EN ISO 15883-1 og -2 og validering av validerte med- forene maskinvann.*

Visuell kontroll
Kontroller de brukte produktene.
Gjenta punkt 4–5 ikke produkter er synlig skitnet, og kasser alle skadede produkter.

Emballasje

Emballasje
Plasser instrumentene i en papir/plast-pose for dampsterilisering i samsvar med standardene ISO 15607 og EN 868.

Bemerkninger:
- *Det skal plasseres ultralydvinger rundt skapet for å unngå kontakt med andre deler. Ikke bruk hindre at det ikke-hull på emballasjen.*
- *Forvegl posene som anbefalt av posepro- senten. Overse det ikke er riktig forsegling. Impregnert, må prosessen valideres og kontrolleres i rengjøringsapparatet med nære kalibrert og kvalifisert.*

Sterilisering
Sterilisator produsenter med damp

- Apparat klasse B
- Minimum temperatur: 132 °C
- Minimum tid: 3 min
- Skyll produktene med kaldtvann over 20–40 °C i 1 min.
- Minimum tørketid: 20 min
- Følg de nasjonale retningslinjene og sjekkspesifikasjonene.

Bemerkninger:
- *Innstillingene temperatur 134 °C og vanlighet 18 min anbefales for institutjening av prioner iht. RKI-retningslinjer.*
- *Når flere instrumenter steriliseres i en steriliseringsspose, må det påses at maksimal pålitelig av sterilisatoren ikke overskrides.*
- *Legg posene i dampsterilisatoren iht. anbefalin- gene fra produsenten av dampsterilisatoren. Bruk kun dampsterilisatorer med vakuumtørk- ing av full som sannsynet med kravene i EN 13060 eller EN 285 og validering iht. EN ISO 17665 (validert i full standard), med- mative alarm.*

Oppbevaring
Oppbevar produktene i papir-plast-pose på et tørt, rent og støvfritt sted ved den temperatur som er angitt på emballasjen, og beskyttet mot sjenrlikart.

Bemerkning: Kontroller emballasjen og det maksimale utstyret for å sikre at sukkat emballasje, ingen fuktighet og hullfrihet(ikke) er tilstede.

Hvor til oppbevaring og transport

Oppbevar instrumentene på et kjølig, tørt sted. Unngå direkte sollys og varme.

Sørg for at emballasjen ikke er skadet og at den er tett rundt. Ikke utsett dem for støv og vann.

Se Ferrex ikke spesielle krav til oppbevaring og transport av ikke-sterilt utstyr.

Advarsler

Etter bruk må instrumentene legges i en sikker behållare for transport til rengjøringsområdet eller -apparatet for å unngå skader på personer i samsvar med gjeld praksis innen lovmessige.

Klinische claims

2Shape mini under normale pulpavaskunsandingheden.

Klinische prestaties:
- Voorgevormdgeometrie/hoogwaarden voor de verwijdering van pulpaweefsel
- Rotvorming/vormgeving/hoogwaarden voor de verwijdering van pulpaweefsel
- Apengevormde groenvrije voor irrigatie
- Ingebouwde, geoptimaliseerde tipping van het foramen apicale
- Ingebouwde radiopaciteit
- Behoudt de flexibiliteit dankzij warmtebehandeling

Veiligheid:
- Lage kans op breuk
- Lang intraoperatief risico
- Vermoeidheidsweerstand van type 2, conform de standaard EN ISO 3630-1:2019.

Het 2Shape mini-systeem draaimoment (geen versterkt) zie de gebruiksaanwijzing.

T52-mini en F35 mini hebben een kleinere draaddiameter dan T52 en F35 en T52 heeft een kleinere taperhoek van het conische gedeelte van het getitelement.

Materiaal van het werkgedeelte: nitinol.

Te gebruiken in combinatie met een endodontisch hoekstuk, zoals 2Shape ENDO 2017 type 1.

Kwaliteit van het oppervlak conform Richtlijn 93/42/EEG en Verordening 2017/745 Ba.

Contraindicaties

Gevallen met een complexe anatomie kunnen gevaard gaan voor het gebruik van nikkel-titanium instrumenten, uitschuring, (stripfiles), apicale zip, vat false, perforatie, ...). Hiervoor kunnen zich infecties voordoen.

Waarschuwing en voorzorgsmaatregelen

- De toelasing om een endodontisch instrument te gebruiken

vóór altijd worden gevormen op basis van een vakkundige beoordeling van de klinische case, waarbij ook kan bekeken tomte als de te complex wordt beschouwd.

- Patiënten die een metalen allergie kunnen ontwikkelen. Bevat nikkel en titanium en mag niet worden gebruikt bij personen met een bekende overgevoeligheid voor deze metalen.

- Pas gelijk landbouwkundige werkmethodes toe, in het bijzonder bij het gebruik van een collofium en het drogen van kanaalinstrumenten.

- Gebruik het instrument continu roterend, op de aanbevolen snelheid.

- Bij een complexe anatomie kan het maximale draaimoment worden bereikt voordat de breuk van het instrument optreedt.

- Gebruik het instrument volgens de aanbevolen procedure van de fabrikant.

- Niet gebruiken bij overdreven weerstand.

- Niet-steriel gebruikte instrumenten/hergebruik van steriel instrumenten (contaminatie-risico), desinfectie van steriele instrumenten voor gebruik (zie hoofdstuk 8).

- Het instrument niet gebruiken als het tijdens het gebruik of de voorbereiding beschadigd is.

- Het instrument niet gebruiken als het vervormd, knikken vertoont.

- Houd de unieke identificatiecode van het medische instrument bij het hand het kan helpen bij het traceren van het hanteerd gebruikt. De identificatiecode is uitsluitend te vinden op de verpakking.

- Het instrument niet blootstellen aan hoge temperaturen.

- Gebruik het product niet bij twijfel of het op de juiste wijze is gesteriliseerd.

- Het instrument is bedoeld voor eenmalig gebruik en niet voor hergebruik. Anders bestaat het risico van vermindering van de prestaties en de veiligheid van het instrument. Het gebruik van het instrument in het gebitselement.

- Het instrument niet gebruiken als het is verlopen of als de verpakking beschadigd is.

- Controleer de toestand van het instrument vóór het gebruik. Gebruik het instrument niet als het is beschadigd of als de vlugheid is. Het gebruikmaar van de afdeling vertoont.

- Gebruik de fabrikant en de nationale instanties voor beoordeling van mogelijke hulpmiddelen over alle eventuele incidenten die zich hebben voorgedaan met het product in openbaart.

- Bewaar de gebruikers- en de gebruikersinstructies van de fabrikant.

- Het instrument niet gebruiken in combinatie met instrumenten van andere fabrikanten.

- Het instrument niet gebruiken als het is verbogen, gebroken of beschadigd